

Что может повлиять на результат теста на беременность Digital?

Со дня ожидаемого начала менструации тест на беременность Digital можно проводить в любое время дня. **При раннем тестировании для получения точного результата индикатора срока в неделях используйте первую утреннюю мочу этого дня. До выполнения теста на беременность избегайте чрезмерного употребления жидкости.**

Перед проведением теста обязательно прочтите инструкции производителей всех принимаемых вами лекарств.

- Препараты для лечения бесплодия, содержащие гормон ХГЧ, могут стать причиной ошибочных результатов (такие препараты для лечения бесплодия вводятся, как правило, в виде инъекций, и тестирование в течение небольшого периода времени после инъекции может привести к ложному результату «Беременна»).
- Другие препараты для лечения бесплодия (например, кломифена цитрат), обезболивающие препараты и гормональные контрацептивы (например, противозачаточные таблетки) не должны влиять на результат.
- Если вы недавно прекратили использовать гормональную контрацепцию или принимаете такие лекарственные средства для лечения бесплодия, как кломифена цитрат, ваш менструальный цикл может быть нерегулярным, что может привести к преждевременному выполнению теста.
- Внематочная беременность, кисты яичников, менопауза и некоторые очень редкие заболевания могут стать причиной ошибочных результатов.

Что может повлиять на результат тестов на овуляцию.

Б. Некоторые заболевания и лекарства могут неблагоприятно сказаться на тестировании: например, если вы на самом деле беременны, недавно были беременны, достигли менопаузы, или у вас синдром поликистозных яичников, вы можете получить неправильный результат. Это может произойти также в случае, если вы принимаете лекарства от

бесплодия, содержащие лютеинизирующий гормон или хорионический гонадотропин человека. Обратитесь за консультацией к врачу.

В. Цитрат кломифена не влияет на результат, но может повлиять на продолжительность цикла и, таким образом, на время тестирования. Вам может понадобиться начать новую упаковку и продолжить тестирование с

Ниже инструкция по тестам на овуляцию и ссылка на часто задаваемые вопросы.

<http://ru.clearblue.com/testi-na-ovulyaciyu/cifrovoy-test-na-ovulyaciyu-clearblue-digital>

10 Могут ли какие-либо лекарственные препараты или состояние здоровья повлиять на результат?

- Перед проведением теста всегда читайте инструкции производителей всех принимаемых вами лекарств.
- Некоторые заболевания или лекарства могут неблагоприятно сказаться на тестировании: например, если вы на самом деле беременны, недавно были беременны, достигли менопаузы или же у вас синдром поликистозных яичников, вы можете получить результат, вводящий в заблуждение. Это может произойти также в случае, если вы принимаете препараты для повышения фертильности, содержащие лютеинизирующий гормон или

хорионический гонадотропный гормон человека. Обратитесь за консультацией к врачу.

- Если у вас клинически диагностированы проблемы с фертильностью, вам следует узнать у врача, подходит ли вам цифровой тест «Клиаблу» (Clearblue).
- Кломифена цитрат не влияет на тесты, но может повлиять на продолжительность цикла и, таким образом, на время, когда проводить тестирование. Вам может понадобиться начать новую упаковку и продолжить тестирование с помощью нового корпуса теста и новых тестов.

• В случае получения неожиданного результата следует обратиться к врачу.

1) Точность определения даты зачатия.

Точность определения даты зачатия индикатором определения срока беременности составляет 93 %. Дата зачатия определяется по уровню содержания в моче гормона беременности — ХГЧ (хорионического гонадотропного гормона человека). Уровень гормона ХГЧ может быть разным у разных женщин, поэтому индикатор определения срока беременности может изредка показывать результаты, вводящие в заблуждение. Точность результата «Беременна»/«Не беременна» превышает 99 % при проведении теста со дня ожидаемого начала менструации.

2) Раннее тестирование тест на беременность Clearblue Digital

Можно использовать за 5 дней до дня задержки менструации (т. е. за 4 дня до ожидаемого начала менструации). Лабораторные тестирования показали, что 98 % результатов, подтверждающих беременность, были получены за день до ожидаемого начала менструации, 97 % были получены за 2 дня, 90 % были получены за 3 дня и 65 % были получены за 4 дня до ожидаемого начала менструации.

У Плюса примерно такие же показатели по раннему тестированию с небольшой погрешностью. см инструкцию.

Подробнее: <http://ru.clearblue.com/>